

16. 可搬型放射能測定装置

平成19年度科研費により購入いたしました。

- ✓ 液体シンチレーション測定:β線の計数効率: ^3H で48%
- ✓ ^{32}P 直接測定の計数効率:プラスチックシンチレータアダプタを使用し、最大75%
- ✓ γ 測定
- ✓ ルミネセンス測定:感度 $<10\text{ amol ATP/バイアル}$
- ・ マルチラベル測定システム フィンランド国 HIDEX 社製トリアスラー

